

この現品説明書をよく読んでから使用して下さい

2021年7月作成
Code 417-53101

免疫コントロール I ワコー

〔はじめに(使用目的)〕

- (1) 本品はヒトブール血清をベースとしたIgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, RF及びASOの精度管理用の液状コントロール血清です。
- (2) 本品の各成分濃度は、当社の自動分析装置用試薬を用いて測定した実測値を測定値として表示しています。

〔内 容〕

- (1) 免疫コントロール I ワコー

〔使用方法(調製方法)〕

そのまま使用して下さい。

〔使用上又は取扱い上の注意〕

<取扱い上(危険防止)の注意>

- (1) 本品が誤って口や目に入ったり、皮膚に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の手当等を受けて下さい。
- (2) 本品はヒト血清成分を使用していますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱って下さい。なお、本品はHBs抗原、HIV-1/HIV-2抗体及びHCV抗体検査を行い、陰性の結果を得ています。

<使用上の注意>

- (1) この現品説明書に記載された使用方法に従って使用して下さい。また、当社の測定用試薬の添付文書も併せて参照して下さい。
- (2) 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- (3) 本品は、この現品説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
- (4) 各成分の測定値は、本ロットにのみ有効です。

<廃棄上の注意>

- (1) 廃棄に際しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び排水基準に従って適切に処理して下さい。
- (2) 本品は、防腐剤としてアジ化ナトリウムを0.09%含有しています。アジ化ナトリウムは、銅や鉛などの重金属と結合してアジ化物を形成します。重金属のアジ化物は、乾燥状態で衝撃により爆発する性質がありますので、排水後は、排水管に残留しないように十分の水で洗い流して下さい。

〔貯法・使用期限〕

- (1) 貯 法 2～10℃保存
- (2) 使用期限 外箱及びラベルに記載

〔包装単位〕

(コード番号)	(品 名)	(包 装)
417-53101	免疫コントロール I ワコー	2mL×4

〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社
臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
Tel : 03-3270-9134(ダイヤルイン)

各成分の測定値

Lot No. AE759

項目	測定試薬	測定方法	1次標準物質	単位	免疫コントロール I ワコー 測定値
IgG	オートワコー IgG・N	免疫比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	943 ± 94
IgA	オートワコー IgA・N	免疫比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	184 ± 18
IgM	オートワコー IgM・N	免疫比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	71 ± 7
C3	オートワコー C3・N	免疫比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	106 ± 10
C4	オートワコー C4・N	免疫比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	19.4 ± 1.9
CRP	LT オートワコー CRP-HS II	ラテックス比濁法	IRMM(ERM-DA470)	mg/dL	0.82 ± 0.08
RF	LT オートワコー RF	ラテックス比濁法	NIBSC	IU/mL	22 ± 3
ASO	LT オートワコー ASO	ラテックス比濁法	国内標準	IU/mL	79 ± 11

