

液状コントロール血清 I ワコー C&C

code 462-14691

(Lot No. 25361) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルカリ性ホスファターゼ	203 U/L *1	5.2	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	74 U/L *2	2.0	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
アミラーゼ	79 U/L *1	2.1	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	79 U/L *3	2.1	BG5P 基質法	
	84 U/L *1	2.2	JSCC標準化対応	
コリンエステラーゼ	229 U/L *1	7.1	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	144 U/L *1	3.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	34 U/L *1	1.5	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	31 U/L *1	1.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	41 U/L *1	2.5	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	50 U/L *	2.1	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	149 U/L *1	4.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	151 U/L *2	5.9	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	137 mg/dL	3.7	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	33 mg/dL	0.8	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.49 mEq/L	0.015	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR(Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー(Ⅱ)
リン脂質	178 mg/dL	5.2	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	90 mg/dL	2.6	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

* それぞれの指示物質を用いて実測したFactor より算出した測定値

* 1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

* 2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

* 3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	3.2 g/dL	0.07	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	3.4 g/dL	0.10	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	0.6 mg/dL	0.05	パナジン酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	1.23 mg/dL	0.046	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	5.3 g/dL	0.12	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	5.4 g/dL	0.12	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	15.6 mg/dL	0.51	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	15.6 mg/dL	0.51	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	5.3 mg/dL	0.10	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	8.9 mg/dL	0.24	酵素法	Lタイプワコー Ca
	8.9 mg/dL	0.23	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	8.7 mg/dL	0.22	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	107 μg/dL	2.9	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	148 μg/dL	5.2	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	2.4 mg/dL	0.09	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	2.5 mg/dL	0.09	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	3.6 mg/dL	0.09	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	3.4 mg/dL	0.11	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	90 mg/dL	3.2	ヘキシナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

成分名	測定値	測定法	測定試薬
CRP	0.52 ± 0.05 mg/dL	ラテックス比濁法	LTオートワコー CRP-HSⅡ

液状コントロール血清 I ワコー C&C

code 462-14691

(Lot No. 25361)

参考値

成分名	測定値		標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	142	mmol/L	1.7	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	4.1	mmol/L	0.08	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	97	mmol/L	2.1	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	21	U/L	1.3	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー