

ライフオチェック 定量用尿コントロール ノーマル(1)・アブノーマル(2)

(商品コード:ノーマル(1) 486-02361/アブノーマル(2) 483-02371)

参考資料

	Quantitative Urine Lot.No.	Control 1 (Lot.63541)	Control 2 (Lot.63542)		
項目	測定試薬	参考値	参考値	単位	測定法
尿TP	マイクロTP-AR(識別記号:2)	15.0～21.4	54.5～61.9	mg/dL	ヒポカロールレッド法(測定装置名:c8000)

使用期間	2026/10/31
------	------------