

コントロール血清 I ワコー/BR

code 466-26201

(Lot No. DE567) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差(SD)	測定法	測定試薬
ALP	250 U/L *1	11.2	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	106 U/L *2	3.4	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
AMY	89 U/L *1	3.3	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	89 U/L *3	3.0	BG5P 基質法	
	84 U/L *1	2.5	JSCC標準化対応	
ChE	260 U/L *1	8.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	140 U/L *1	6.3	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	42 U/L *1	1.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	27 U/L *1	1.4	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	39 U/L *1	1.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	44 U/L *	2.0	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	168 U/L *1	6.5	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	170 U/L *2	6.8	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	261 mg/dL	6.6	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	51 mg/dL	1.8	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.91 mEq/L	0.030	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR(Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー(Ⅱ)
リン脂質	284 mg/dL	8.3	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	184 mg/dL	6.6	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

*それぞれの指示物質を用いて実測したFactorより算出した測定値

*1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

*2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

*3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差(SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	4.0 g/dL	0.16	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	4.2 g/dL	0.18	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	1.0 mg/dL	0.10	バナジン酸酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	0.65 mg/dL	0.025	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	6.5 g/dL	0.15	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	6.6 g/dL	0.15	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	14.8 mg/dL	0.55	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	16.8 mg/dL	0.61	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	4.7 mg/dL	0.14	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	9.9 mg/dL	0.34	酵素法	Lタイプワコー Ca
	9.5 mg/dL	0.32	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	9.0 mg/dL	0.28	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	252 μg/dL	6.9	バソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	86 μg/dL	3.3	バソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	2.0 mg/dL	0.08	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	2.2 mg/dL	0.08	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	3.6 mg/dL	0.14	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	3.5 mg/dL	0.14	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	84 mg/dL	3.1	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

富士フイルム和光純薬株式会社

Ver.01

コントロール血清 I ワコー/BR

code 466-26201

(Lot No. DE567)

参考値

成分名	測定値		標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	149	mmol/L	2.0	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	3.8	mmol/L	0.08	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	94	mmol/L	2.4	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	53	U/L	2.2	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー