## 液状コントロール血清 I ワコー C&C 液状コントロール血清 II ワコー C&C

	Lot.No.	2536 1			2536 2		測定装置:7180 形日立自動分析装置		
項目	品名	参考値			参考値			単位	測定法
P-AMY	Lタイプワコー P-AMY	27	±	4.1	50	±	7.5	U/L	免疫阻害法·BG5P基質法
		24	±	3.6	45	±	6.8	U/L	JSCC標準化対応法(案)
	Lタイプワコー P-AMY・IF	25	±	3.8	48	±	7.2	U/L	JSCC標準化対応法(案)
HDL-C	Lタイプワコー HDL-C·M (3)	40	±	4.0	76	±	7.6	mg/dL	選択消去法
LDL-C	Lタイプワコー LDL-C·M	67	±	6.7	131	±	13.1	mg/dL	選択消去法
D-BIL	直接ビリルビンE-HRワコ- 直接ビリルビンE-HAテストワコ-	0.22	±	0.04	0.84	±	0.17	mg/dL	バナジン酸酸化法

使用期限	2027.05.31
------	------------

<注> 試料マトリックスの影響により、使用試薬や測定機種によっては反応性の違いを生じる可能性があるため、

本参考値は目安としてご使用下さい。

本参考値は予告なく変更する場合があります。

当社のHDL-C、LDL-C試薬の測定値の確認には、脂質コントロール血清セット(富士フイルム和光純薬株式会社製、467-55801)の測定をお勧め致します。